

КОПИЯ ВЕРНА

**ОПИСАНИЕ ТИПА НУТРОМЕРОВ „МИКРОТЕХ“
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ**



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ГП "Харковстандартметрология"

М.М. Буденный

" ____ " 2009г.

Подлежит опубликованию
в открытой печати

Нутромеры "МИКРОТЕХ"

Внесены в Государственный реестр
средств измерительной техники
Регистрационный № _____
Взамен № _____

Выпускаются по ТУ У 33.2-30291682-003-2004

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нутромеры "МИКРОТЕХ" (далее по тексту – нутромеры) предназначены для измерения внутренних размеров изделий.

Нутромеры могут применяться в машиностроении и других областях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия нутромеров основан на сравнении измеряемых размеров с размерами образца, в качестве которого могут применяться скобы, кольца, микрометры, преобразование измерительных размеров в линейное перемещение ножки нутромеров и отображении результата измерения на механическом или электронном отсчетном устройстве.

Нутромеры в зависимости от типа отсчетного устройства имеют следующие исполнения:

- НИ, НР - с отсчетом по механическому отсчетному устройству;
- НИЦ - с отсчетом по цифровому отсчетному устройству;
- НЭ - с отсчетом по цифровому отсчетному устройству.

КОПИЯ ВЕРНА



Нутромер индикаторный НИ состоит из корпуса, в котором расположены кинематически связанные отсчетное устройство механического типа, шток, крестовина, измерительный стержень, а также центрирующий мостик и удлинители.

Нутромер индикаторный НИЦ состоит из корпуса, в котором расположены кинематически связанные цифровое отсчетное устройство, шток, крестовина, измерительный стержень, а также центрирующий мостик и удлинители.

Нутромер электронный НЭ состоит из корпуса, в котором расположены неподвижная измерительная ножка и кинематически связанные цифровое отсчетное устройство и подвижная измерительная ножка.

Нутромер рычажный НР состоит из корпуса, в котором расположены неподвижная измерительная ножка и кинематически связанные отсчетное устройство механического типа и подвижная измерительная ножка.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики нутромеров НИ и НИЦ приведены в таблице 1, нутромеров НР – в таблице 2, нутромеров НЭ – в таблице 3.

Таблица 1

Диапазон измерений, мм	Цена деления (дискретность отсчета), мм	Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм		Измерительное усилие нутромера, Н		Усилие центрирующего мостика, Н		Масса кг, не больше	
		цена деления (дискретность отсчета), мм		цена деления (дискретность отсчета), мм		цена деления (дискретность отсчета), мм			
		0,001/ 0,002	0,01	0,01	0,001/ 0,002	0,01	0,001/ 0,002		
3 – 4, 4 - 6	0,01; 0,001; 0,002	-		1,0-3,0		-		0,4	
6-10		0,6		2,5-4,5	2,5-3,5	5,0-8,5	4,2-6,0	0,4	
10-18		0,7	0,8						
18-35 18-50, 35-50		1,0	1,5						
50-100		4,0-7,0		7,5-12		-		0,6	

КОПИЯ ВЕРНА

Продолжение таблицы 1

Диапазон измерений, мм	Цена деления (дискретность отсчета), мм	Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм		Измерительное усилие нутромера, Н		Усилие «МІКРОТЕХ» центрирующее 0291682 мостика, Н	Масса кг, не больше		
		цена деления (дискретность отсчета), мм		цена деления (дискретность отсчета), мм					
		0,001/ 0,002	0,01	0,01	0,001/ 0,002				
50-160	0,01; 0,001; 0,002	1,0	2,4	5,0 - 9,0	9,5-16	1,2	1,2		
100-250, 160-250,							1,5		
250-450							1,8		
250-600							3,0		
250-800							4,0		

Таблица 2

Диапазон измерений, мм	Длина щупа L, мм, не менее	Диаметр щупа d, мм, не более	Цена деления, мм	Измерительное усилие, Н	Масса, кг, не более
15-35	3,0	5,0	0,01; 0,02	2,5-5,0	0,6
35-55	6,0				
55-75	8,0				
75-95	8,0				
95-115	10,0				
115-135	10,0				
120-190	10,0				



КОПІЯ ВЕРНА

Диапазон измерений, мм	Длина щупа L, мм, не менее	Дискретность отсчета, мм	Измерительное усилие, Н	Масса, кг, не более			
5-25	1,5	0,01	2,5-4,5	0,6			
10-30	2,5						
20-40	5,0						
30-50	6,0						
50-70	8,0						
70-90							
90-115							
115-135							

Нутромеры "МИКРОТЕХ" НИ и НИЦ с диапазоном измерений 3-4, 4-6, 6-10, 10-18, 18-50, 18-35, 35-50, 50-100, 50-160, 100-250, 160-250 мм с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,01мм изготавливаются двух классов точности: 1 и 2, с диапазоном измерений 250-450, 250-600, 250-800 мм изготавливаются 2-го класса точности.

Нутромеры "МИКРОТЕХ" с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,001мм и 0,002мм не делятся на классы.

Пределы допускаемой погрешности нутромеров индикаторных "МИКРОТЕХ" НИ и НИЦ с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,01 мм, включая погрешность отсчетного устройства, при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 % соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Диапазон измерений, мм	Пределы допускаемой погрешности, мм					
	на любом отрезке диапазона измерений				при перемещении измерительного стержня на величину нормированного наименьшего значения	
	0,1мм		1мм		1-й кл.	2-й кл.
	1-й кл.	2-й кл.	1-й кл.	2-й кл.		
3-4, 4-6, 6-10, 10-18	0,005	0,008	-	-	0,008	0,012
18-35, 18-50, 35-50			0,010	0,012	0,012	0,015

КОПИЯ ВЕРНА



Продолжение таблицы 4

Диапазон измерения, мм	Пределы допускаемой погрешности, мкм				при перемещении измерительного стержня на величину нормированного наименьшего значения	
	на любом отрезке диапазона измерений		в 1мм			
	в 0,1мм	1-й кл.	2-й кл.	1-й кл.	2-й кл.	
50-100, 50-160, 100-250, 160-250	-	-	0,010	0,012	0,015	0,018
250-450	-	-	0,014	-	-	0,022
250-600, 250-800	-	-	-	-	-	-

Размах показаний нутромеров индикаторных "МИКРОТЕХ" с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,01 мм не превышает 1/3 цены деления шкалы отсчетного устройства для нутромеров НИ и 0,01мм для нутромеров НИЦ.

Пределы допускаемой погрешности центрирования нутромеров индикаторных "МИКРОТЕХ" ценой деления (дискретностью отсчета) 0,01 мм, вносимой неточным расположением центрирующего мостика, не превышает 1/3 цены деления шкалы отсчетного устройства для нутромеров НИ и 0,01мм для нутромеров НИЦ при вертикальном расположении нутромера.

Пределы допускаемой погрешности нутромеров индикаторных "МИКРОТЕХ" НИ и НИЦ с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,001 и 0,002 мм, включая погрешность отсчетного устройства, погрешность центрирования и размах показаний при температуре +20°C и относительной влажности до 80 %, не превышают значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Диапазон измерений нутромеров, мм	Пределы допускаемой погрешности, мкм			Размах показаний, мкм	Допустимые отклонения температуры от 20 °C, ± °C		
	нутромера с отсчетным устройством		центрирования				
	механического типа	цифровым					
3-4, 4-6	±1,8	±3,0	1	1	4		
6-10, 10-18,	±3,5	±4,0	2	2	3		
18-35, 35-50							



КОПИЯ ВЕРНА

Продолжение таблицы 5

Диапазон измерений нутромеров, мм	Пределы допускаемой погрешности, мкм			Размах показаний, мкм	Допустимые отклонения температуры от 20 °C, ± °C		
	Нутромера с отсчетным устройством		Центрирования				
	механического типа	цифровым					
50-100, 50-160 100-250, 160-250	±4,0	±5,0	2	2	2		
250-450	±8,0	±8,0	3	3	1		
250-600	±10,0	±10,0	4	4			
250-800	±12,0	±12,0					

Пределы допускаемой погрешности нутромеров электронных НЭ с дискретностью отсчета 0,01 мм и нутромеров рычажных НР с ценой деления 0,01 и 0,02 мм при температуре $(20\pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 % на любом участке диапазона измерений величиной 1 мм и в пределах всего диапазона измерений не превышают $\pm 0,05$ мм для нутромеров с диапазоном измерений до 20 мм, и $\pm 0,08$ мм для нутромеров с диапазоном измерений более 20 мм.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим методом на корпус или на отсчетное устройство нутромера, печатным методом на титульный лист руководства по эксплуатации и футляр.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект нутромера индикаторного "МИКРОТЕХ" НИ входит:

- нутромер индикаторный "МИКРОТЕХ" НИ - 1 шт;
- отсчетное устройство механического типа - 1 шт;
- набор сменных измерительных стержней - 1 компл;
- инструмент для крепления и регулирования измерительных стержней - 1 компл.;

- футляр по ГОСТ 13762 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз.

В комплект нутромера индикаторного "МИКРОТЕХ" НИЦ входит:

- нутромер индикаторный "МИКРОТЕХ" НИЦ - 1 шт;
- цифровое отсчетное устройство - 1 шт;
- набор сменных измерительных стержней - 1 компл;
- инструмент для крепления и регулирования измерительных стержней - 1 компл.;

КОПИЯ ВЕРНА



- элемент питания – 1 шт.;

- футляр по ГОСТ 13762 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз.

В комплект нутромера электронного "МИКРОТЕХ" НЭ входит:

- нутромер электронный "МИКРОТЕХ" НЭ – 1 шт.;

- элемент питания – 1 шт.;

- футляр по ГОСТ 13762 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз.

В комплект нутромера рычажного "МИКРОТЕХ" НР входит:

- нутромер рычажный "МИКРОТЕХ" НР – 1 шт.;

- футляр по ГОСТ 13762 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА

Проверка (калибровка) нутромеров осуществляется в соответствии с методиками:

- МП-01.02-2009 „Нутромеры индикаторные типа НИ и НИЦ (МИКРОТЕХ). Методика поверки (калибровки);
- МПХ 03.1414-2006 „Нутромеры рычажные с ценой деления 0,01 мм (производства „Микротех“). Методика поверки“;
- МПХ 03.1468-2006. „Нутромеры типа НЭ с дискретностью отсчета 0,01 мм (производства „Микротех“). Методика поверки“.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДСТУ ГОСТ 868:2009 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм.

Технические условия.

ДСТУ ГОСТ 9244:2009 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия.

ТУ У 33.2-30291682-003-2004 Нутромеры «МИКРОТЕХ». Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нутромеры "МИКРОТЕХ" соответствуют требованиям ДСТУ ГОСТ 868:2009, ДСТУ ГОСТ 9244:2009 и ТУ У 33.2-30291682-003-2004.

Изготовитель: Частное научно-производственное предприятие "МИКРОТЕХ" 61050, м. Харков, ул. Руставели 39.

Директор ЧНПП "МИКРОТЕХ", к.т.н.

М.П.

" ____ " 2009 г.

Б.П. Крамаренко