

2007 год

1

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на корпус угломера методом наклейки, на титульный лист эксплуатационного документа – типографским способом.

Комплектность

В комплектность входят: угломер маятниковый ЗУРИ-М, футляр, руководство по эксплуатации.

Поверка

Поверку угломеров маятниковых ЗУРИ-М осуществляют в соответствии с МИ 1382-86 «ГСИ. Угломер маятниковый ЗУРИ-М. Методика поверки».
Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативная и техническая документация


ГОСТ 8.016-81 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла».
ТУ 2-034-666-2007 «Угломер маятниковый.ЗУРИ-М. Технические условия».

Заключение

Тип угломеров маятниковых ЗУРИ-М утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: «Кировский завод «Красный инструментальщик»
(закрытое акционерное общество).
Адрес: Россия, 610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18.
Телефон: (8332) 62-33-18.
Факс: (8332) 62-57-54.

Генеральный директор «Кировского завода
«Красный инструментальщик»
(закрытого акционерного общества)



В.П. Парчевский