

Государственный комитет по стандартизации,  
метрологии и сертификации Республики Беларусь  
(ГОССТАНДАРТ)

## СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 1455

Действителен до  
01 октября 2002 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов  
Государственных испытаний утвержден тип

**вибропреобразователей пьезоэлектрических AP57,  
ООО "ГлобалТест", г. Саров Нижегородской обл.,  
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под  
№ РБ 03 06 1261 01 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к  
настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ  
12 февраля 2001 г.

Продлено до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Председатель Госстандарта


В.Н. КОРЕШКОВ  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*4000 01-2001 от 29.01.01  
Одобрено Д.В. Труфанов*



# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Зам. директора ВНИИМ

руководитель ЦИ СП, проводившего испытания

В. С. Александров

(инициалы, фамилия)

.. 5 07 1997г

Вибро- преобразователь	Внесён в Государственный реестр средств измерений
Пьезоэлектричес- кий	Регистрационный № 16603-97
AP57	Взамен №
(наименование средств измерений и обозначе- ние их типа)	

Выпускается по техническим условиям АБКЖ.433641.006ТУ  
(обозначение стандартов и (или) технических условий)

## Назначение и область применения

Пьезоэлектрический вибропреобразователь AP57 предназначен для использования в качестве первичного преобразователя вибрационных и ударных ускорений для систем вибродиагностики машинного оборудования и для лабораторных исследований.

## Описание

Пьезоэлектрический вибропреобразователь AP57 представляет собой преобразова-  
(принцип действия и описание конструкции, число модификаций, их обозначение и особенности)  
тель, генерирующий электрический сигнал, пропорциональный воздействию уско-  
рению. Основные технические характеристики типа в целом, включая нормируемые метрологические характеристики, и при  
решно. Пропорциональность электрического сигнала воздействию ускорению со-  
ответствует его отдельным модификациям с указанием обозначения, включая показатели надежности)  
блюдается в ограниченном амплитудном и частотном диапазонах. В конструкции виб-  
ропреобразователя использована механическая схема с пьезоэлементом, работающим  
на сдвиг.

Съём заряда с пьезоэлемента производится при помощи антивибрационного кабеля.

### Основные технические характеристики:

- осевая чувствительность, пКл/г	80 ± 12
- допустимое отклонение осевой чувствительности от значения в нормальных условиях (основная погрешность), не более, %	± 3,0
- электрическая ёмкость, пФ	900...1400
- сопротивление изоляции, МОм	> 1000
- относительная поперечная чувствительность, %	≤ 5
- частотный диапазон (нелинейность ± 1 дБ), Гц	2...7000
- рабочий диапазон температур, °С	-60...+150
- масса (без кабеля), кг	0,032
- габаритные размеры, мм	Ø14,0 × 20,0

Вероятность безотказной работы вибропреобразователя в течение 8000 часов - не менее 0,9 при доверительной вероятности 0,8.

### Знак утверждения типа

Наносится на паспорт вибропреобразователя способом машинной печати. Копия  
(место и способ нанесения знака на оборудование и (или) эксплуатационную документацию)  
паспорта прилагается.

### Комплектность

Пьезоэлектрический вибропреобразователь АР57, паспорт, кабель, шпилька М5х10 - 1 шт.

### Поверка

Нормативные документы: МИ 1873-88, МИ 1826-88.

(наименование и обозначение нормативного документа по поверке, перечень)

Оборудование: тераомметр по ГОСТ 23706-79, измерительный мост переменного  
(основного оборудования, необходимого для поверки средств измерений в условиях эксплуатации до или после ремонта)  
тока по ГОСТ 9486-79, образцовая установка в соответствии с МИ 2070-90, образцовая  
межповерочный интервал)

ударная установка по ГОСТ 8.137-84.

Межповерочный интервал - 1 год.



## Нормативные документы

Технические условия АБКЖ.433641.006ТУ.

(основные НТД на средства измерений конкретного типа, в том числе международные)

## Заключение

Пьезоэлектрический вибропреобразователь АР57 соответствует требованиям нормативной

(о соответствии типа средств измерений требованиям НТД)

тивно-технической документации АБКЖ.433641.006ТУ.

Изготовитель: филиал АО "Глобалтест"

(предприятие и его адрес)

Адрес: 607190, Нижегородская обл., г.Саров, а/я 690.

Директор

(руководитель организации-заявителя)

В.В.Смирнов

(подпись)

(инициалы, фамилия)