

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

3413

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

17 февраля 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 06-2005 от 30 июня 2005 г.) утвержден тип

**счетчики воды модернизированные крыльчатые ВСКМ 90,
Гянджинское ПО "Прибор", г. Гянджа, Азербайджанская Республика (AZ),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 07 2599 05** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
30 июня 2005 г.

Продлен до " " 20__ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
" " 20__ г.

*НТК от 05.05.30.06.2005
Сигнатов*

Описание типа средств измерений для Государственного реестра

Подлежит публикации в открытой печати

«Утверждаю»

Заведующий отдела метрологии
Государственного Агентства по Стандартизации, Метрологии и Патенту
Азербайджанской Республики

Е.М.Аббасов

17 февраля 2005 года

| | |
|---|---|
| Счетчики воды модернизированные крыльчатые типа «ВСКМ 90» | Внесен в Государственный реестр средств измерений прошедших государственные испытания. Регистрационный № 0552-2003 |
|---|---|

Дано разрешение к выпуску
10 декабря 2003 года

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчики воды модернизированные крыльчатые типа «ВСКМ 90» (в дальнейшем «счетчик») предназначены для измерения объема горячей и холодной воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5⁰С до 90⁰С и давлении не более 1,0 МПа в системе водоснабжения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Счетчик изготавливается по нижеследующим модификациям «ВСКМ 90» по температуре от плюс 5⁰С до 90⁰С, «ВСКМ 90Д» по температуре от плюс 40⁰С до 120⁰С.

Основные технические характеристики счетчиков указаны в ниже следующей таблице:

| № | основные размеры и параметры | норма | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| | | ВСКМ 90 ; ВСКМ 90Д | | | | | |
| 1 | Диаметр условного прохода | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 2 | Расходы воды, м ³ /ч | | | | | | |
| | Минимальный Q _{min} | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,1) | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,15 |
| | Переходный Q _k | 0,12 (0,15) | 0,20 (0,25) | 0,28 | 0,48 | 0,6 | 0,8 |
| | Номинальный Q _{nom} | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 |
| | Наибольший Q _{max} | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 |
| 3 | Наибольший объем измеряемой воды, м ³ | | | | | | |
| | за сутки | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 150,0 | 215,0 | 375,0 |
| | за месяц | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 6750 | 11250 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------|-------|------|------|
| 4 | Чувствительность, м ³ не более | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Масса, кг | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 5,4 | 8,1 | 11,0 |

Примечание: Указанные в скобках расходы даны для счетчиков вертикального исполнения.

ПРОВЕРКА

Счетчики воды модернизированные крыльчатые типа «ВСКМ 90» проверены в соответствии с методикой проверки, утвержденной Государственным Агентством по Стандартизации, Метрологии и Патенту Азербайджанской Республики.

Интервал проверки – 5 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

В паспорт счетчика ставится знак Государственного реестра об утверждении типа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Счетчик воды – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики воды модернизированные крыльчатые типа «ВСКМ 90»
 Предприятие производитель: Гянджинский завод «Прибор» НПО «Пром-прибор»
 соответствует требованиям технических условий ТУ АЗ 05795814-040-2003.

Заведующий сектора государственных
 испытаний и аттестации:

У.Б.Керимов

С азербайджанского языка на русский язык перевел Алиев Назим Наджаф оглы, проживающий по адресу гор.Гянджа, ул.Исмаилзаде, дом 74.

Удостоверение личности АЗЕ № 02504497 выдан Кяпазским РОП гор.Гянджа Азербайджанской Республики 03.12.2004 г. За верность перевода несу ответственность.

Подпись: Алиев Н.Н.

es/17/2008 30 nömrəli forma

Mon. Göncə S. Ke. dövlət notariat

kontorunun dövlət notariusu N. Əliyev S. S. mənə məlumdur

dan törətiməli Əliyev Rəşad Nəzirov

imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm.

№ 78-6-9764 Nəqlə qeyd edilib.

imnat dövlət rüsumu alınıb.

Rəşad Nəzirov S. S.


