

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ для Государственного реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканского унитарного
предприятия "Белорусский
государственный институт метрологии"



Н.А.Жагора

2012

| | |
|--|---|
| Уровнемеры буйковые серии 249 с преобразователем DLC 3000 | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <i>РБ0307278414</i> |
|--|---|

Выпускают по технической документации фирмы "Emerson Process Management Group Services SAS", Франция, компании "Emerson Process Management", США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемеры буйковые серии 249 с преобразователем DLC3000 (далее – уровнемеры) предназначены для измерения уровня жидкостей, уровня раздела жидкостей в резервуарах.

Уровнемеры применяются в системах контроля и автоматического управления технологическими процессами в нефтехимической, химической, пищевой, энергетической промышленности и других областях хозяйственной деятельности.

ОПИСАНИЕ

Уровнемеры состоят из датчика серии 249 и преобразователя DLC 3000.

Принцип действия уровнемеров основан на преобразовании выталкивающей силы жидкости, действующей на погруженный в нее боек, в угловое перемещение торсионной трубки и последующем преобразовании в электрический сигнал, который передается на показывающее или регистрирующее устройство.

Датчики уровнемеров изготавливают в следующих исполнениях:

- 249, 249В, 249ВF, 249С, 249К, 249L – для камерных уровнемеров верхнего монтажа (устанавливаются сверху резервуара);
- 249Р, 249ВР, 249СР – для бескамерных уровнемеров верхнего монтажа;
- 249V – для бескамерных уровнемеров бокового монтажа (устанавливаются сбоку резервуара);
- 249W – для уровнемеров верхнего монтажа или устанавливаемых на камере, поставляемой заказчиком;

Уровнемеры могут иметь индикацию (ЖКИ индикатор), изготавливаются в обычном или взрывозащищенном исполнениях.

Схема с указанием нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведена в приложении А, рисунок А.1.

Внешний вид уровнемеров представлен на рисунке 1.





Рисунок 1 – Внешний вид уровнемеров

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики уровнемеров представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование характеристик | | Значение |
|--|----------------|--|
| Объем буйка, см ³ - для исполнения 249CP; - для остальных исполнений | | 980 1640 |
| Диапазон измерения, мм | | от 0 до 3048 (в зависимости от исполнения буйка) |
| Выходной сигнал преобразователя: | аналоговый, мА | от 4 до 20 |
| | цифровой | HART |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | | ±1,11 от диапазона измерения |
| Вариация, %, не более | | 1,0 от диапазона измерения |
| Чувствительность, %, не менее | | ±0,05 от диапазона измерения |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от температуры нормальных условий (25°C) в пределах рабочего диапазона на 1 °C | | ±0,03 % от диапазона измерения |
| Диапазон температур измеряемой среды, °C | | от минус 198 до плюс 427 (в зависимости от материалов датчика 249) |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | | от минус 40 до плюс 80 |



Продолжение таблицы 1

| Наименование характеристик | Значение |
|--|---|
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (EN 60529) | IP66 |
| Степень взрывозащиты по EN 50014, EN 50020, EN 50284, EN 50281-1-1 | EEx(ia) IIC T6, EExd IIC T6, EExnCLICT6 |
| Масса преобразователя, кг, не более | 2,7 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Уровнемер в составе датчика серии 249 и преобразователя DLC3000;
Руководство по эксплуатации;
Методика поверки МРБ МП. 1558 – 2012.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Emerson Process Management Group Services SAS", Франция, компании "Emerson Process Management", США.

МРБ МП. 1558 – 2012 "Уровнемеры буйковые серии 249 с преобразователем DLC3000. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровнемеры буйковые серии 249 с преобразователем DLC3000 соответствуют технической документации фирмы "Emerson Process Management Group Services SAS", Франция, компании "Emerson Process Management", США.


Межповерочный интервал – не более 24 месяцев (для уровнемеров, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ.
г. Минск, Старовиленский тракт, 93,
тел. 334-98-13.
Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Emerson Process Management Group Services SAS", Франция,
Rue Paul Baudry, 68700 Cernay, Франция,
Тел.: +03 89 37 65 37,
Факс: +03 89 75 69 57

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний средств измерений и техники БелГИМ



Приложение А
(обязательное)

Место нанесения дополнительного знака поверки *



* – наносится на место стыка корпуса с крышкой

Рисунок А.1 – Место нанесения знака поверки