


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
для государственного реестра

Подлежит публикации
в открытой печати



„УТВЕРЖДАЮ „

Руководитель национального
Органа по метрологии


А. Малхасян
Ф.И.О.
" 11 " 09 2000 г.

Мультиметр аналоговый
типа М4585А

Внесен в государственный
реестр средств измерений

Регистрационный № АМ 0408-00

Год. регистрации 08.09.2000

Выпускаются по ТУ РА 00226193.2395-2000

Назначение и область применения.

Мультиметр аналоговый М4585А предназначен для измерения напряжений в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 или 60 Гц, постоянного тока, сопротивления, температуры, проверки транзисторов, диодов и может быть использован в промышленности, энергетике, здравоохранении и быту.

Мультиметр рассчитан для работы в диапазоне температур от -30°C до +50°C и относительной влажности до 98% при +25°C.

О П И С А Н И Е

Мультиметр является переносным, комбинированным прибором магнито-электрической системы.

Мультиметр аналоговый М4585А относится к восстанавливаемым, ремонтируемым, многофункциональным, переносным приборам. Он оснащен переключателем для выбора функции и пределов измерения а также гнездами для коммутации датчиков и щупов.

Основные технические характеристики.

Наименование параметров	Диапазоны измерений:
Конечное значение:	
- постоянное напряжение, В	0,3-3-12-30-120-300-1200
- переменное напряжение, В	3-30-120-300-1200
- постоянный ток, мА	3-30-300-6А
- сопротивление, кОм	5-500-5000
- температура, °C	-30÷+200
- коэфф. усиления транзистора	0-1200

Наименование параметров	Диапазоны измерений:
Основная погрешность от нормирующего значения, %:	
- постоянное напряжение	3,0
- переменное напряжение	4,0
- постоянный ток	3,0
- сопротивление	3,0
- температура	3,0
Габаритные размеры, мм	142x97x39
Масса, кг	0,25

Знак утвержденного типа.

Знак утвержденного типа ставится в паспорте.

Комплектность.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Мультиметр аналоговый М4585А | - 1 шт. |
| 2. Измерительные щупы (разноцветные) | - 2 шт. |
| 3. Датчик температуры | - 1 шт. |
| 4. Коробка (футляр) | - 1 шт. |
| 5. Батарейка | - 1 шт. |
| 6. Паспорт | - 1 экз. |

П о в е р к а.

Мультиметр аналоговый М4585А подлежит Государственной поверке по ГОСТ 8.497-83, ГОСТ 8.012-72, ГОСТ 8.409-81. Методы и средства поверки. Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативные документы.

Технические условия ТУ РА 0022619.2395-2000.
Государственные стандарты – ГОСТ 12.2.091-94.

З а к л ю ч е н и е.

Мультиметр аналоговый М4585А соответствует требованиям технических условий ТУ РА 00226193.2395-2000, ГОСТ 12.2.091-94.

Изготовитель – Акционерное общество
открытого типа „Электроприбор,,
375086 г. Ереван, ул. Шираки, 74



Генеральный директор
АООТ „Электроприбор,,

З.М. АРУТЮНЯН