

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



Калибраторы электрических сигналов СА	Внесены в Государственный реестр средств измерения Регистрационный № <u>PБ03 13 3316 04</u>
--	--

Выпускают по документации компании "Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd.", Корея.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Калибраторы электрических сигналов СА предназначены для измерений и воспроизведения сигналов напряжения и силы постоянного тока, сопротивления, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, частоты периодических сигналов, а также для измерения напряжения переменного тока.

Калибраторы применяются в качестве эталонного или рабочего средства измерений при испытаниях, поверке и калибровке в полевых или лабораторных условиях преобразователей электрических сигналов, вторичных измерительных приборов, каналов измерительных систем.

ОПИСАНИЕ

Калибратор СА представляет собой портативный электрический прибор, с расположенным на передней панели жидкокристаллическим дисплеем с регулируемой подсветкой, и клавишами, которые группируются в соответствии с их функциями. Калибраторы СА представлены модификациями CA150, CA71, CA51, CA12E, CA11E, различающимися функциональными возможностями и метрологическими характеристиками.

Калибратор (модификации CA150, CA51, CA71) состоит из двух рабочих секций (измерение и воспроизведение), работающих независимо друг от друга и гальванически связанных. Это позволяет использовать калибратор для одновременного задания входного сигнала и измерения выходного сигнала поверяемого преобразователя.

Питание калибратора осуществляется как от внутреннего аккумулятора или батарей, так и от сети переменного тока при использовании специального адаптера. Калибраторы имеют связь с компьютером или принтером через интерфейс RS-232C. Наличие встроенного источника питания постоянного тока 12 В позволяет использовать калибратор в качестве источника питания для датчиков (модификаций CA11E, CA51, CA71, CA150).

Внешний вид калибраторов представлен на рисунках 1, 2, 3.

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в Приложении.





Рисунок 1. Внешний вид калибратора СА150



Рисунок 2. Внешний вид калибраторов СА51 и СА71



Рисунок 3. Внешний вид калибраторов СА11Е, СА12Е



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологические характеристики калибраторов электрических сигналов СА представлены в таблицах 1- 6. Основные эксплуатационные характеристики различных модификаций калибраторов представлены в таблице 7.

Таблица 1. Калибратор СА150. Воспроизведение электрических величин.

Тип сигнала	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности, Δ_0 (при $T=23\pm5^{\circ}\text{C}$)
1	2	3	4	5
Напряжение постоянного тока	100 mV	0...±110,000 мВ	1 мкВ	±(0,02% от X + 10 мкВ)
	1 V	0...±1,10000 В	10 мкВ	±(0,02% от X + 0,05 мВ)
	10 V	0...±11,0000 В	0,1 мВ	±(0,02% от X + 0,5 мВ)
	30 V	0...±30,00 В	10 мВ	±(0,02% от X + 10 мВ)
Сила постоянного тока	20 mA	0...+22,000 мА	1 мкА	±(0,025% от X + 3 мкА)
	20 mA SINK	-22,000...0 мА	1 мкА	±(0,025% от X + 6 мкА)
Сопротивление	500 Ω	0...550,00 Ом	0,01 Ом	±(0,02% от X + 0,1 Ом)
	5 kΩ	0...5,5000 кОм	0,1 Ом	±(0,05% от X + 1,5 Ом)
	50 kΩ	0...55,000 кОм	1 Ом	±(0,1% от X + 50 Ом)
Непрерывная последовательность импульсов	100 Hz	1,00...110,00 Гц	0,01 Гц	±0,05 Гц
	1000 Hz	90,0...1100,0 Гц	0,1 Гц	±0,5 Гц
	10 kHz	0,9...11,0 кГц	0,1 кГц	±0,1 кГц
	50 kHz	9...50 кГц	1 кГц	±1 кГц
Количество импульсов	CPM	1,0...1100,0 имп./мин	0,1 имп./мин	±0,5 имп./мин
	Любой диапазон частоты	0...60000 импульсов	1 импульс	-
Сигналы термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,8°C)
		-100,1...1372,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
	E (TXKh)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,6°C)
		-100,1...1000,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,4°C)
	J (TJK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,7°C)
		-100,1...1200,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,4°C)
	T (TMK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,8°C)
		-100,1...400,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
	N (THH)	-200,0...0,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 1,0°C)
		0,1...1300,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
	R (TPP)	0...100 °C	1°C	±(0,02% от X + 2°C)
		101...1768 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,2°C)
	S (TPP)	0...100 °C	1°C	±(0,02% от X + 2°C)
		101...1768 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,2°C)
	B (TPR)	600...1000 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,5°C)
		1001...1820 °C	1°C	±(0,02% от X + 1°C)



Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Сигналы термо- преобразователя сопротивления	Pt 100	-200,0...850,0 °C	0,1°C	±(0,025% от X + 0,3°C)

Примечания:

- а) X - значение воспроизводимой величины.
- б) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 40°C: $\pm(0,1 \times \Delta_0)/^\circ\text{C}$.

Продолжение таблицы 1.

- в) Пределы допускаемой основной погрешности Δ_0 для каждого типа термопары указаны без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.
- г) Характеристики канала компенсации температуры холодного спая:
 - диапазон измерений температуры: от минус 10°C до плюс 50°C;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от 18°C до 28°C: ±0,5°C;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры спая в диапазоне от минус 10°C до плюс 18°C и в диапазоне от 28°C до 50°C: ±1°C.
- д) Не производите измерение/генерацию сигналов при одновременной зарядке аккумуляторной батареи, так как тепло, выделяемое в процессе зарядки, влияет на точность. Генерацию и измерение рекомендуется проводить не менее чем через 2 часа после зарядки.

Таблица 2. Калибратор СА150. Измерение электрических величин.

Тип сигнала	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности, Δ_0 (при $T=23\pm 5^\circ\text{C}$)
1	2	3	4	5
Напряжения постоянного тока	500 mV	0...±500,00 мВ	10 мкВ	±(0,02% от X + 50 мкВ)
	5 V	0...±5,0000 В	0,1 мВ	±(0,02% от X + 0,5 мВ)
	35 V	0...±35,000 В	1 мВ	±(0,025% от X + 5 мВ)
Сила постоянного тока	20 mA	0...±20,000 мА	1 мкА	±(0,025% от X + 4 мкА)
	100 mA	0...±100,00 мА	10 мкА	±(0,04% от X + 30 мкА)
Сопротивление	500 Ω	0...500,00 Ом	0,01 Ом	±(0,055% от X+0,075Ом)
	5 kΩ	0...5,0000 кОм	0,1 Ом	±(0,055% от X + 0,75Ом)
	50 kΩ	0...50,000 кОм	1 Ом	±(0,055% от X+10 Ом)
Непрерывная последовательность импульсов	100 Hz	1,00...110,00 Гц	0,01 Гц	±0,02 Гц
	1000 Hz	1,0...1100,0 Гц	0,1 Гц	±0,2 Гц
	10 kHz	0,001...11,000 кГц	0,001 кГц	±0,002 кГц
Количество импульсов	CPM	0...100000 имп./мин	1 имп./мин	-
	CPH	0...100000 имп./час	1 имп./час	-



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
Сигналы термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0	0,1°C	±(0,05% от X + 2°C)
		-100,1...1372,	0,1°C	±(0,05% от X + 1,5°C)
	E (TXKh)	-200,0...-100,0	0,1°C	±(0,05% от X + 2°C)
		-100,1...1000,	0,1°C	±(0,05% от X + 1,5°C)
	J (TJK)	-200,0...-100,0	0,1°C	±(0,05% от X + 2°C)
		-100,1...1200,	0,1°C	±(0,05% от X + 1,5°C)
	T (TMK)	-200,0...-100,0	0,1°C	±(0,05% от X + 2°C)
		-100,1...400,0	0,1°C	±(0,05% от X + 1,5°C)
	N (THH)	-200,0...-100,0	0,1°C	±(0,05% от X + 2°C)
		-100,1...1300,	0,1°C	±(0,05% от X + 1,5°C)
	R (TPP)	0...99	1°C	±(0,05% от X + 3°C)
		100...1768	1°C	±(0,05% от X + 2°C)
	S (TPP)	0...99	1°C	±(0,05% от X + 3°C)
		100...1768	1°C	±(0,05% от X + 2°C)
	B (TPR)	600...999	1°C	±(0,05% от X + 3°C)
		1000...1820	1°C	±(0,05% от X + 2°C)
Сигналы термо-преобразователя сопротивления	Pt100	-200,0...850,0	0,1°C	±(0,05% от X + 0,6 °C)
Примечания:				
а) X - значение измеряемой/воспроизводимой величины.				
б) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 40°C: ±(0,1×Δ₀)/°C.				
в) Пределы допускаемой основной погрешности Δ₀ для каждого типа термопары указаны без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.				
г) Характеристики канала компенсации температуры холодного спая:				
- диапазон измерений температуры: от минус 10°C до плюс 50°C;				
- пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от 18°C до 28°C: ±0,5°C;				
- пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от минус 10°C до плюс 18°C и в диапазоне от 28°C до 50°C: ±1°C.				
д) Не производите измерение/генерацию сигналов при одновременной зарядке аккумуляторной батареи, так как тепло, выделяемое в процессе зарядки, влияет на точность. Генерацию и измерение рекомендуется проводить не менее чем через 2 часа после зарядки.				

Таблица 3. Калибраторы СА51 и СА71. Воспроизведение электрических величин.

Функция	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности, Δ₀ (при T=23±5°C)
1	2	3	4	5
Напряжение постоянного тока	100 мВ	-10,00...110,00 мВ	10 мкВ	±(0,02% от X + 15 мкВ)
	1 В	0...1,1000 В	0,1 мВ	±(0,02% от X + 0,1 мВ)
	10 В	0...11,000 В	1 мВ	±(0,02% от X + 1 мВ)
	30 В	0...30,000 В	10 мВ	±(0,02% от X + 10 мВ)
Сила постоянного тока	20 мА	0...24,000 мА	1 мкА	±(0,025% от X + 3 мкА)
	4-20 мА	4/8/12/16/20 мА	4 мА	
	20 мА SINK	0,1...24,000 мА	1 мкА	±(0,05% от X + 3 мкА)



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5
Сопротивление	400 Ω	0...400,00 Ω	0,01 Ω	$\pm(0,025\% \text{ от } X + 0,1 \Omega)$
Непрерывная по-следовательность импульсов	500 Hz	1,0...500,0 Гц	0,1 Гц	$\pm 0,2 \text{ Гц}$
	1000 Hz	90...1100 Гц	1 Гц	$\pm 1 \text{ Гц}$
	10 kHz	0,9...11,0 кГц	0,1 кГц	$\pm 0,1 \text{ кГц}$
Количество импульсов	Любой диапазон частоты	1...99999 импульсов	1 импульс	-
Сигналы термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,8°C)$
		-100,1...1372,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,5°C)$
	E (TXKh)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,6°C)$
		-100,1...1000,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,4°C)$
	J (TJK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,7°C)$
		-100,1...1200,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,4°C)$
	T (TMK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,8°C)$
		-100,1...400,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,5°C)$
	N (THH)	-200,0...0,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 1,0°C)$
		0,1...1300,0 °C	0,1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 0,5°C)$
	R (TPP)	0...99 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 2°C)$
		100...1768 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 1,2°C)$
	S (TPP)	0...99 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 2°C)$
		100...1768 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 1,2°C)$
Сигналы термопар	B (TPR)	600...999 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 1,5°C)$
		1000...1820 °C	1°C	$\pm(0,02\% \text{ от } X + 1°C)$
Сигналы термо-преобразователя сопротивления	Pt 100	-200,0...850,0 °C	0,1°C	$\pm(0,025\% \text{ от } X + 0,3°C)$

Примечания:

- а) X - значение измеряемой/воспроизводимой величины.
- б) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 50°C: $\pm(0,1 \times \Delta_0)/°C$.
- в) Пределы допускаемой основной погрешности Δ_0 для каждого типа термопары указаны без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.
- г) Характеристики канала компенсации термопары холодного спая:
 - диапазон измерений температуры: от минус 10°C до плюс 50°C;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от 18°C до 28°C: $\pm 0,5°C$;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от минус 10°C до плюс 18°C и в диапазоне от 28°C до 50°C: $\pm 1°C$.



Таблица 4. Калибраторы СА51 и СА71. Измерение электрических величин.

Функция	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности, Δ_0 (при $T=23\pm5^\circ C$)
1	2	3	4	5
Напряжение постоянного тока	100 mV	0...±110,00 мВ	10 мкВ	±(0,025% от X + 20 мкВ)
	1 V	0...±1,1000 В	0,1 мВ	±(0,025% от X + 0,2 мВ)
	10 V	0...±11,000 В	1 мВ	±(0,025% от X + 2 мВ)
	100 V	0...±110,00 В	0,01 В	±(0,05% от X + 20 мВ)
Напряжение переменного тока	1 V	0...1,100 В	1 мВ	±(0,5% от X + 5 мВ)
	10 V	0...11,00 В	0,01 мВ	±(0,5% от X + 0,05 мВ)
	100 V	0...110,0 В	0,1 В	±(0,5% от X + 0,5 мВ)
	300 V	0...300 В	1 В	±(0,5% от X + 5 В)
Сила постоянного тока	20 mA	0...±24,000 мА	1 мкА	±(0,025% от X + 4 мкА)
	100 mA	0...±100,00 мА	10 мкА	±(0,04% от X + 30 мкА)
Сопротивление	400 Ω	0...400,00 Ω	0,01 Ω	±(0,05% от X + 0,1 Ω)
Непрерывная последовательность импульсов	100 Hz	1,0...500,0 Гц	0,1 Гц	±0,2 Гц
	1000 Hz	90...1100 Гц	1 Гц	±1 Гц
	10 kHz	0,9...11,0 кГц	0,1 кГц	±0,1 кГц
Количество импульсов	CPM	0...99999 имп./мин	1 имп./мин	±2 имп./мин.
	CPH	0...99999 имп./час	1 имп./час	±2 имп./час
Сигналы термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,8°C)
		-100,1...1372,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
	E (TXKh)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,6°C)
		-100,1...1000,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,4°C)
	J (TJK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,7°C)
		-100,1...1200,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,4°C)
Сигналы термопар	T (TMK)	-200,0...-100,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,8°C)
		-100,1...400,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
Сигналы термопар	N (THH)	-200,0...0,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 1,0°C)
		0,1...1300,0 °C	0,1°C	±(0,02% от X + 0,5°C)
	R (TPII)	0...99 °C	1°C	±(0,02% от X + 2°C)
		100...1768 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,2°C)
Сигналы термопар	S (TPII)	0...99 °C	1°C	±(0,02% от X + 2°C)
		100...1768 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,2°C)
	B (TPIR)	600...999 °C	1°C	±(0,02% от X + 1,5°C)
		1000...1820 °C	1°C	±(0,02% от X + 1°C)



Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
Сигналы термо-преобразователя сопротивления	Pt 100	-200,0...850,0 °C	0,1°C	±(0,025% от X + 0,3°C)

Примечания:

- а) X - значение измеряемой/воспроизводимой величины.
- б) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 50°C: ±(0,1×Δ₀)/°C.
- в) Пределы допускаемой основной погрешности Δ₀ для каждого типа термопары указаны без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.
- г) Характеристики канала компенсации термопары холодного спая:
- диапазон измерений температуры: от минус 10°C до плюс 50°C;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от 18°C до 28°C: ±0,5°C;
- пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от минус 10°C до плюс 18°C и в диапазоне от 28°C до 50°C: ±1°C.

Таблица 5. Калибратор СА11Е. Воспроизведение и измерение электрических величин.

Функция	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения / измерения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности Δ₀, (при T=23±5°C)
Воспроизведение напряжения постоянного тока	100 mV	0...110,00 мВ	10 мкВ	±(0,05% от X + 50 мкВ)
	1 V	0...1,1000 В	0,1 мВ	±(0,05% от X + 0,2 мВ)
	1-5 V	1/2/3/4/5 В	шаг 1 В	±(0,05% от X + 2 мВ)
	10 V	0...11,000 В	1 мВ	±(0,05% от X + 2 мВ)
	30 V	0...30,00 В	10 мВ	±(0,05% от X + 20 мВ)
Воспроизведение силы постоянного тока	20 mA	0...24,000 мА	1 мкА	±(0,05% от X + 4 мкА)
	4-20 mA	4/8/12/16/20 мА	шаг 4 мкА	±(0,05% от X + 4 мкА)
	20 mASINK	0,1...24,000 мА	1 мкА	±(0,1% от X + 4 мкА)
Измерение напряжения постоянного тока	100 mV	0...±110,00 мВ	0,01 мВ	±(0,05% от X + 0,07 мВ)
	1 V	0...±1100,0 мВ	0,1 мВ	±(0,05% от X + 0,2 мВ)
	10 V	0...±11,000 В	1 мВ	±(0,05% от X + 2 мВ)
	30 V	0...±30,00 В	10 мВ	±(0,05% от X + 20 мВ)
Измерение силы постоянного тока	20 mA	0...±24,000 мА	0,001 мА	±(0,05% от X + 4 мкА)

Примечания:

- а) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 50°C: ±(0,1×Δ₀)/°C (для всех производимых диапазонов, кроме 100 mV).
- б) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 50°C: ±(0,005% + 10 мкВ)/°C (для диапазона воспроизведения 100 mV).
- в) X - значение измеряемой/воспроизводимой величины.



Таблица 6. Калибратор СА12Е. Воспроизведение и измерение электрических величин.

Функция	Обозначение диапазона	Диапазон воспроизведения / измерения	Разрешающая способность	Пределы допускаемой основной погрешности Δ_0 , (при $T=23\pm5^{\circ}\text{C}$)
1	2	3	4	5
Воспроизведение сигналов термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1372,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1^{\circ}\text{C})$
	E (TXKh)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1000,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1^{\circ}\text{C})$
	J (TJKK)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1200,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1^{\circ}\text{C})$
	T (TMK)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...400,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1^{\circ}\text{C})$
	N (THH)	-200,0...0,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		0,1...1300,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1^{\circ}\text{C})$
	R (TPP)	0...99 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$
		100...1768 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
	S (TPP)	0...99 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$
		100...1768 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
	B (TPR)	600...999 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 4^{\circ}\text{C})$
		1000...1820 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$
Воспроизведение напряжения постоянного тока	100 mV	0...±110,00 мВ	10 мкВ	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 30 \text{ мкВ})$
Воспроизведение сопротивления	400 Ω	0...400,0 Ω	0,1 Ω	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 0,2 \Omega)$
Воспроизведение сигналов термо-преобразователя сопротивления	Pt100	-200,0...850,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 0,6^{\circ}\text{C})$
Измерение сигналов термопар	K (TXA)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1372,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1,5^{\circ}\text{C})$
	E (TXKh)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1000,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1,5^{\circ}\text{C})$
	J (TJKK)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...1200,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1,5^{\circ}\text{C})$
	T (TMK)	-200,0...-100,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		-100,1...400,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1,5^{\circ}\text{C})$
	N (THH)	-200,0...0,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
		0,1...1300,0 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 1,5^{\circ}\text{C})$
	R (TPP)	0...99 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$
		100...1768 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
	S (TPP)	0...99 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$
		100...1768 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 2^{\circ}\text{C})$
	B (TPR)	600...999 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 4^{\circ}\text{C})$
		1000...1820 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,05\% \text{ от } X + 3^{\circ}\text{C})$



Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5
Измерение напряжения постоянного тока	100 мВ	0...±110,00 мВ	10 мкВ	±(0,05% от X + 30 мкВ)
Измерение сопротивления	400Ω	0...400,0 Ω	0,1Ω	±(0,05% от X + 0,6°C)
Измерение сигналов термопреобразователя сопротивления	Pt100	-200,0...850,0 °C	0,1°C	±(0,05% от X + 0,2 Ω)

Примечания:

- а) Пределы допускаемой основной погрешности Δ_0 для каждого типа термопары указаны без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.
- б) Характеристики канала компенсации термопары холодного спая:
 - диапазон измерений температуры: от минус 10°C до плюс 50°C;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от 18°C до 28°C: ±0,5°C;
 - пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от минус 10°C до плюс 18°C и в диапазоне от 28°C до 50°C: ±1°C.
- в) X - значение измеряемой/воспроизводимой величины.
- г) Пределы допускаемой дополнительной погрешности в диапазоне температур от 0 до 18°C и от 28°C до 50°C: ±(0,1×Δ₀)/°C.

Таблица 7.

Модификации калибратора

	CA150	CA51, CA71	CA11E, CA12E
Рабочие условия применения:			
- температура окружающего воздуха, °C	от 0 до 40	от 0 до 50	от 0 до 50
- относительная влажность, %	от 20 до 80 без конденсации		
- температура транспортирования и хранения, °C	от -20 до 60	от -20 до 50	
Напряжение питания от сети переменного тока (при исп. адаптера, поставляемого по заказу), В	100-240	100/120/230 ± 5 %	
Частота питания от сети переменного тока, Гц	50/60	50	
Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока, В		12	
Потребляемая мощность (при использовании выпрямителя переменного тока) не более, ВА	36	7	7
Масса калибратора, кг, не более	1	0,73	0,44
Габаритные размеры калибратора, мм, не более	251×124×70	193×120×55	192×90×42

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Утверждения Типа Республики Беларусь наносится на руководство по эксплуатации калибратора типографским способом.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки зависит модификации калибратора и указан в таблице 8.

Таблица 8.

Наименование	Количество
Калибратор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Комплект ЗИП	1 шт.
◆ адаптеры питания (100/120/230 В)	1 шт.
◆ RJ сенсор, футляр	1 шт.
◆ соединительные провода, клеммные адаптеры	1 комплект
◆ предохранители	1 комплект
◆ интерфейсный кабель	1 шт.
◆ аккумулятор	1 шт.
Методика поверки МРБ МП. 1731-2007	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd.", Корея;

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия;

ГОСТ 22261-94. ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 14014-91. Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы спытаний;

МРБ МП. 1731-2007. Калибраторы электрических сигналов СА. Методика поверки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Калибраторы электрических сигналов СА модификаций CA150, CA51, CA71, CA11E, CA12E соответствуют технической документации фирмы "Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd." (Корея), ГОСТ 12997-84, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 14014-91.

Межповерочный интервал - не более 12 месяцев, для калибраторов, предназначенных для применения, либо применяемых в сфере законодательной метрологии.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ.

г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.

Аттестат аккредитации № BY/ 112 02.1.0.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd.", Корея.
14-1, Yangpyeongdong - 4Ga, Youngdeungpo- Gu, Seoul, 150-866, Korea.

Авторизованный дистрибутор в Республике Беларусь:

ООО "Системный Анализ С"

Минск, 220007, ул. Могилевская, д. 17, каб. 32, 35.

Тел. (37517) 2054245, Факс. (37517) 2054252. e-mail: root@sas.by

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений
и техники БелГИМ

стр. 11 из 12

С. В. Курганский

Приложение (обязательное)

Место нанесения знака поверки



Рисунок А.1 – Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

