

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120

Назначение средства измерений

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120 (далее - приборы) предназначены для:

- измерения напряжения и силы переменного тока;
- измерения, контроля и регистрации основных параметров электрической энергии в однофазных двухпроводных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях и системах электроснабжения переменного тока с номинальной частотой 50 Гц с отображением результатов измерений на экране прибора и предоставления их в цифровой форме;
- измерения, регистрации и учета активной и реактивной электрической энергии за установленные интервалы времени в трехфазных сетях переменного тока (технический и коммерческий учет активной и реактивной электроэнергии) в соответствии с требованиями для счетчиков активной энергии класса 0,2S и требованиями для счетчиков реактивной энергии класса 1;
- измерения и контроля показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и их статистической обработки с отображением результатов измерений на экране прибора и предоставления их в цифровой форме;
- регистрация мгновенных значений измеряемых сигналов напряжения и силы переменного тока.

Описание средства измерений

Приборы предназначены для непрерывной работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем, включая системы контроля и анализа качества электроэнергии, системы телемеханики, системы диспетчерского контроля и управления, системы учета электроэнергии и т.д.

Приборы относятся к классу микропроцессорных программируемых измерительно-вычислительных приборов, состоящих из электронного блока и встроенного в него программного обеспечения.

Принцип действия приборов состоит в аналого-цифровом преобразовании входных аналоговых сигналов с последующей математической и алгоритмической обработкой измеренных величин. Полученные результаты, включая результаты измерений, отображаются на экране прибора (при его наличии), сохраняются в памяти приборов и передаются через коммуникационные интерфейсы прибора (Ethernet LAN, EIA/RS-422/485).

Конструктивно приборы выполнены в ударопрочном, пылезащищенном, пластмассовом корпусе щитового крепления. По заказу приборы могут иметь исполнение с креплением на панель. Приборы работоспособны при установке в вертикальном положении. Приборы не имеют подвижных частей и являются вибрустойчивыми и вибростойкими.

Корпус прибора пломбируется изготовителем с целью предотвращения вскрытия и фиксации несанкционированного доступа к внутренним элементам прибора. Прибор предусматривает возможность пломбирования корпуса прибора метрологической службой (проверителем) после выполнения поверки (в дополнение к пломбе изготовителя). Пломбирование корпуса исключает возможность несанкционированного изменения программного обеспечения, либо оказания иного влияния на результат измерений без нарушения пломб.



Приборы (по заказу) могут изготавливаться со следующими модификациями лицевых панелей:

- лицевая панель с цифровыми семисегментными индикаторами (основное исполнение): в данном варианте прибор оснащен экраном, включающим в себя элементы управления, группу семисегментных цифровых индикаторов, обеспечивающих индикацию питания и отображение значений измеряемых величин;
- глухая передняя панель (крепление на DIN-рейку): прибор в данной модификации оснащен единичными индикаторами, отображающими наличие питания и статус работоспособности прибора;
- жидкокристаллический экран: прибор в данной модификации оснащен ЖК-экраном, обеспечивающим отображения информации, включая наличие питания и значения измеряемых величин.

В верхней и нижней части приборов (для конструктивного исполнения на DIN-рейку) и с задней панели приборов (для щитового исполнения) располагаются интерфейсы прибора, включающие интерфейсы для подключения аналоговых источников сигнала, коммуникационные интерфейсы, интерфейс электропитания, на лицевой панели прибора ЩМК120С могут располагаться оптический локальный интерфейс типа «оптопорт» и испытательный импульсный выходной интерфейс. Интерфейсы прибора могут быть защищены пломбируемой пластиковой крышкой с целью защиты от несанкционированного доступа к интерфейсам. Набор защищаемых интерфейсов определяется конфигурацией пластиковой крышки. Доступ к защищенным интерфейсам без снятия пластиковой крышки и срыва соответствующей пломбы не возможен.

Приборы обеспечивают непрерывный режим работы без ограничения длительности.

Конструкция интерфейса электропитания обеспечивает надежное механическое крепление и электрический контакт подключаемых проводов.

Интерфейс электропитания гальванически изолирован от других интерфейсов прибора и частей прибора, доступных для пользователя.

Прибор обеспечивает ведение журнала значимых событий, включая:

- пропадание/восстановление электропитания;
- коррекцию времени;
- изменение конфигурации прибора;
- доступ к прибору через коммуникационные интерфейсы;
- события, касающиеся информационной безопасности прибора.

Записи в журнале маркируются метками времени с дискретностью - 1 мс.

Приборы имеют различные исполнения в зависимости от диапазона измерений входного сигнала, наличия и/или вида интерфейсов, схемы измерения, климатического исполнения, цвета индикаторов. При необходимости возможен заказ специального исполнения прибора.

Информация об исполнении прибора содержится в коде полного условного обозначения:

ЩМКа - b - c - d - e - f - g - h - i, где

a - исполнение прибора (в зависимости от габаритов, мм):

ЩМК96 - 96×96; ЩМК120 - 120×120;

ЩМК120С - 120×120 (прибор с функцией коммерческого учета электроэнергии);

b - номинальное напряжение;

c - номинальный ток;

d - условное обозначение основного интерфейса Ethernet

e - условное обозначение наличия дополнительного интерфейса RS485;

f - условное обозначение схемы измерения;

g - цвет индикаторов;

h - климатическое исполнение;

i - специальное исполнение.



Доступ к внутренним частям приборов возможен только с нарушением пломб, установленных на винты крепления блока печатных плат к корпусу.

Степень защиты прибора по передней панели по ГОСТ 14254-96 - не ниже IP 51.

Приборы соответствуют требованиям к рабочим условиям (механические воздействия) по группе М7 (включая соответствие требованиям группы М40) по ГОСТ 30631-99 и группе 4 по ГОСТ 22261-94.

Приборы имеют два климатических исполнения по ГОСТ 15150-69:

- исполнение УХЛ3.1 для работы в интервале температур от минус 40 до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 30 °C;

- исполнение О4 для работы в интервале температур от 0 до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 30 °C.

Общий вид приборов, места нанесения маркировки и клейм приведены на рисунках 1, 2.



Рисунок 1а - Общий вид приборов ЩМК96





Рисунок 1б - Общий вид приборов ЩМК120С с функцией коммерческого учета электроэнергии





п. 1 - место клеймения ОТК; п. 2 - место для поверительного клейма.

Рисунок 2 - Места нанесения маркировки и клейм.
Габаритные и установочные размеры приборов ЩМК96




Рисунок 3 - Габаритные размеры приборов ЩМК120С
с функцией коммерческого учета электроэнергии

Программное обеспечение

Программное обеспечение приборов является встроенным и обеспечивает функционирование прибора, включая измерение и вычисление метрологических величин, прием и передачу данных, отображение данных на локальном человеко-машинном интерфейсе.

Встраиваемое программное обеспечение приборов защищено от изменения. Программное обеспечение приборов предусматривает наличие различных уровней доступа, различающихся набором разрешенных операций и объемом предоставляемых данных, включая разделение доступа к данным и операций по конфигурированию приборов, коррекции времени, настройки интерфейсов передачи данных, изменения параметров контролируемых сигналов, настройки параметров безопасности.

Встраиваемое программное обеспечение состоит из двух частей:

- метрологически значимая часть встраиваемого программного обеспечения;
- сервисная часть встраиваемого программного обеспечения.

Характеристики метрологически значимой части встроенного программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Pqi_dspimage
Номер версии (идентификационный номер ПО)	1.5
Цифровой идентификатор ПО (алгоритм md5)	4dfb382d3d92438ed82a8cd58c6e09b1

Помимо встраиваемого программного обеспечения совместно с прибором может предоставляться дополнительное программное обеспечение служебного назначения, обеспечивающее удобную форму предоставления результатов измерений, хранения результатов измерений, конфигурирование приборов и т.д. Программное обеспечение служебного назначения не выполняет метрологически значимых операций.

Программное обеспечение приборов обеспечивает формирование статистических отчетов по результатам измерений, включая отчетные формы по ГОСТ 32145-2013.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Номинальные значения и диапазоны измеряемых прибором входных сигналов тока и напряжения, частоты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Значение	
Номинальное напряжение (действующее значение): - фазное ($U_{\phi,\text{ном}}$) - линейное (междуфазное) ($U_{\text{л.ном}}$)	100 В	$U_{\phi,\text{ном}} = 57,73$ В $U_{\text{л.ном}} = 100$ В
	400 В	$U_{\phi,\text{ном}} = 230$ В $U_{\text{л.ном}} = 400$ В
Номинальный фазный ток (действующее значение) ($I_{\text{ном}}$)	1 А	$I_{\text{ном}} = 1$ А
	5 А	$I_{\text{ном}} = 5$ А
Диапазон измеряемых токов (действующего значения)	(от 0 до 1,5)· $I_{\text{ном}}$	
Диапазон измеряемых напряжений (фазных/линейных) (действующего значения)	(от 0 до 2,0)· $U_{\phi/\text{л.ном}}$	
Частота измерений входного сигнала тока/напряжения	(от 42,5 до 57,5) Гц	

Пределы допускаемой основной погрешности измерений прибором ПКЭ соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.



Таблица 3

Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾
С.к.з. напряжения (U), В	(от 0 до 2,0) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$
Положительное отклонение напряжения ($\delta U_{(+)}$, % ²⁾	(от 0 до 100)	$\Delta = \pm 0,1$
Отрицательное отклонение напряжения ($\delta U_{(-)}$, % ²⁾	(от 0 до 90)	$\Delta = \pm 0,1$
Частота (f , Гц)	(от 42,5 до 57,5)	$\Delta = \pm 0,01$
Отклонение частоты (Δf , Гц)	(от минус 7,5 до 7,5)	$\Delta = \pm 0,01$
Кратковременная доза фликера (P_{st}), отн.ед.	(от 0,2 до 10)	$\delta = \pm 5 \%$
Длительная доза фликера (P_{lt}), отн.ед.	(от 0,2 до 10)	$\delta = \pm 5 \%$
Коэффициент n -ой гармонической составляющей напряжения до 50 порядка ($K_{U(n)}$), % ³⁾	(от 0,05 до 30)	$\Delta = \pm 0,05$ ($K_{U(n)} < 1 \%$) $\delta = \pm 5,0 \%$ ($1\% \leq K_{U(n)} < 30\%$)
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения) (K_U), %	(от 0,1 до 30)	$\Delta = \pm 0,05$ ($0,1\% \leq K_U < 1\%$) $\delta = \pm 5,0 \%$ ($1\% \leq K_U < 30\%$)
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности (K_{2U}), %	(от 0 до 20)	$\Delta = \pm 0,15$
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности (K_{0U}), %	(от 0 до 20)	$\Delta = \pm 0,15$
Длительность провала напряжения ($\Delta t_{\text{пп}}$), с	(от 0,02 до 60)	$\Delta = \pm 0,02$
Глубина провала напряжения ($\delta U_{\text{пп}}$), %	(от 10 до 99)	$\Delta = \pm 0,2$
Длительность прерывания напряжения ($\Delta t_{\text{преп}}$), с	(от 0,02 от 60)	$\Delta = \pm 0,02$
Длительность временного перенапряжения ($\Delta t_{\text{пер}}$), с	(от 0,02 до 60)	$\Delta = \pm 0,02$
Коэффициент временного перенапряжения ($K_{\text{пер}}$), отн.ед.	(от 1,1 до 2,0)	$\Delta = \pm 0,002$

¹⁾ Обозначение погрешностей: Δ - абсолютная; δ , % - относительная; γ , % - приведенная

²⁾ Относительно U_n равного номинальному U_n или согласованному $U_{\text{согл}}$ значению напряжения по ГОСТ 32144-2013

³⁾ Номер гармонической подгруппы n от 2 до 50 порядка в соответствии с ГОСТ 30804.4.7-2013

Пределы допускаемой основной погрешности измерений прибором параметров режима и других электрических параметров, включая учет величин активной и реактивной энергии, соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Измеряемые ПКЭ и характеристики напряжения относятся к фазным и междуфазным напряжениям.

Измеряемые характеристики мощности относятся к фазным и трехфазным мощностям.

Таблица 4

Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Установившееся отклонение напряжения, (δU_y , % ²⁾	(от минус 90 до 100)	$\Delta = \pm 0,1$	
Напряжение, меньшее номинала, $U_{m(-)}$, В ²⁾	(от 10 до 100)% $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
Напряжение, большее номинала, $U_{m(+)}$, В ²⁾	(от 100 до 200)% $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
С.к.з. напряжения основной частоты ($U_{(1)}$), В	(от 10 до 150) % $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
С.к.з. напряжения с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка) ($U_{(1-50)}$), В ³⁾	(от 0,1 до 2,0) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения с учетом влияния всех гармоник до 50 порядка ($K_{U(1-50)}$), %	(от 0,1 до 30)	$\Delta = \pm 0,05$ $\delta = \pm 5,0 \%$	$0,1 \leq K_{U(1-50)} \leq 1$ $1 \leq K_{U(1-50)} \leq 30$
С.к.з. n-ой гармонической подгруппы напряжения (до 50 порядка) ($U_{sg,n}$), В ³⁾⁵⁾	(от 0 до 0,3) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,05 \%$ $\delta = \pm 5 \%$	$U_{sg,n} < 0,01 U_{\text{ном}}$ $U_{sg,n} \geq 0,01 U_{\text{ном}}$
Суммарный коэффициент гармонических подгрупп напряжения ($THDS_U$), отн.ед.	(от 0,001 до 0,3)	$\Delta = \pm 0,0005$ $\delta = \pm 5 \%$	$0,001 \leq THDS_U < 0,01$ $0,01 \leq THDS_U < 0,3$
С.к.з. m-ой интергармонической центрированной подгруппы напряжения (до 50 порядка) ($U_{isg,m}$), В ⁴⁾⁶⁾	(от 0 до 0,3) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,05 \%$ $\delta = \pm 5 \%$	$U_{isg,m} < 0,01 U_{\text{ном}}$ $U_{isg,m} \geq 0,01 U_{\text{ном}}$
Фазовый угол между 1-ой (составляющей основной частоты) и n-ой гармонической составляющей напряжения (до 50 порядка) ($\phi_{U_{sg,n}}$), ° ³⁾	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 1$ $\Delta = \pm 5$ $\Delta = \pm 10$	$K_{U(n)} \geq 5$ $1 \leq K_{U(n)} < 5$ $0,2 \leq K_{U(n)} < 1$
Угол фазового сдвига между напряжениями (фазными/линейными) основной частоты (ϕ_U), °	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,1$	$0,8 U_{\phi/nom} \leq U_{\phi/l} \leq 1,2 U_{\phi/nom}$
Значение напряжения прямой последовательности (U_1), В	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
Значение напряжения обратной последовательности (U_2), В	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
Значение напряжения нулевой последовательности (U_0), В	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
С.к.з. силы тока, (I), А	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
С.к.з. силы тока с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), ($I_{(1-50)}$), А ³⁾	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
С.к.з. силы тока основной частоты, ($I_{(1)}$), А	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,1 \%$	
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности, (K_{2l}), %	(от 0 до 20)	$\Delta = \pm 0,15$	
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности, (K_{0l}), %	(от 0 до 20)	$\Delta = \pm 0,15$	
С.к.з. n-ой гармонической подгруппы тока (до 50 порядка) ($I_{sg,n}$), А ³⁾⁸⁾	(от 0 до 0,3) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$ $\delta = \pm 5 \%$	$I_{sg,n} < 0,03 I_{\text{ном}}$ $I_{sg,n} \geq 0,03 I_{\text{ном}}$
С.к.з. m-ой интергармонической подгруппы тока (до 50 порядка) ($I_{isg,m}$), А ⁴⁾⁹⁾	(от 0 до 0,3) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$ $\delta = \pm 5 \%$	$I_{isg,m} < 0,03 I_{\text{ном}}$ $I_{isg,m} \geq 0,03 I_{\text{ном}}$



Государственный реестр
средств измерений
Республики Беларусь
для документов

БелГИМ

Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Угол фазового сдвига между 1-ой (составляющей основной частоты) и n-ой гармонической составляющей фазного тока ($\phi_{Isg,n}$), $^{\circ}$ ³⁾	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 1$	$K_{I(n)} \geq 5$
		$\Delta = \pm 5$	$1 \leq K_{I(n)} < 5$
		$\Delta = \pm 10$	$0,2 \leq K_{I(n)} < 1$
Угол фазового сдвига между фазными токами основной частоты (ϕ_I), $^{\circ}$	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,5$	$0,01 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$
Суммарный коэффициент гармонических подгрупп тока (THDS _I), отн.ед.	(от 0,001 до 0,6)		$0,001 \leq \text{THDS}_I < 0,03$
			$0,03 \leq \text{THDS}_I < 0,6$
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока, (K_I), %	(от 0,1 до 60)	$\Delta = \pm 0,15$	$0,1 \leq K_I < 3$
		$\delta = \pm 5 \%$	$3 \leq K_I < 60$
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока до 50 порядка ($K_{I(n)}$), % ³⁾	(от 0,05 до 30) $2 \leq n \leq 10$ (от 0,05 до 20) $10 < n \leq 20$ (от 0,05 до 10) $20 < n \leq 30$ (от 0,05 до 5) $30 < n \leq 50$	$\Delta = \pm 0,15 \%$	$K_{I(n)} < 3,0 \%$
		$\delta = \pm 5,0 \%$	$K_{I(n)} \geq 3,0 \%$
С.к.з. силы тока прямой последовательности (I_1), А	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
С.к.з. силы тока обратной последовательности (I_2), А	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
С.к.з. силы тока нулевой последовательности (I_0), А	(от 0 до 1,5) $I_{\text{ном}}$	$\gamma = \pm 0,15 \%$	
Угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока (до 50 порядка) ($\phi_{U_I(n)}$), $^{\circ}$ ³⁾	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 3$	$0,5 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$ $K_{I(n)} \geq 5, K_{U(n)} \geq 5$
		$\Delta = \pm 5$	$0,5 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$ $1 \leq K_{I(n)} < 5$ $1 \leq K_{U(n)} < 5$
		$\Delta = \pm 5$	$0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 0,5 I_{\text{ном}}$ $K_{I(n)} \geq 5$ $K_{U(n)} \geq 5$
Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты (ϕ_{U_I}), $^{\circ}$	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$
		$\Delta = \pm 5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$
Угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности ($\phi_{U_{I1}}$), $^{\circ}$	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$
		$\Delta = \pm 5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$
Угол фазового сдвига между напряжением и током обратной последовательности ($\phi_{U_{I2}}$), $^{\circ}$	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$
		$\Delta = \pm 5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности (ϕ_{U0I0}), °	от минус 180° до 180°	$\Delta = \pm 0,5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 I_{\text{ном}}$
		$\Delta = \pm 5$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$
Активная мощность (P), Вт	$(\text{от } 0,01 \text{ до } 1,5) U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 0,4 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$, где $K_p = P/S$
		$\delta = \pm 0,2 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,3 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,25$ (инд.) $K_p = 0,5$ (емк.)
Активная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), (P _(1..50)), Вт ³⁾	$(\text{от } 0,01 \text{ до } 1,5) U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 0,4 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$, где $K_p = P/S$
		$\delta = \pm 0,2 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,3 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,25$ (инд.) $K_p = 0,5$ (емк.)



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Активная мощность основной частоты, (P_1), Вт	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 0,4 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,01 I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 I_{\text{HOM}}$ $K_P = 1$, где $K_P = P/S$
		$\delta = \pm 0,2 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,05 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $K_P = 1$
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,02 I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 I_{\text{HOM}}$ $K_P = 0,5$ (инд.) $K_P = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,3 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,1 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $K_P = 0,5$ (инд.) $K_P = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,1 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $K_P = 0,25$ (инд.) $K_P = 0,5$ (емк.)
Активная мощность n-й гармонической составляющей (до 50 порядка) ($P_{(n)}$), Вт ³⁾	(от 0,003 до 0,1) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 10 \%$	$K_{I(n)} \geq 5$ $K_{U(n)} \geq 5$
Активная мощность прямой последовательности, ($P_{1(1)}$), Вт	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	
Активная мощность обратной последовательности, ($P_{2(1)}$), Вт	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	
Активная мощность нулевой последовательности, ($P_{0(1)}$), Вт	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	
Реактивная мощность (Q), вар	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{HOM}} I_{\text{HOM}}$	$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,02 I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 I_{\text{HOM}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,05 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,05 I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 I_{\text{HOM}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,1 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{HOM}}$ $0,1 I_{\text{HOM}} \leq I < 1,5 I_{\text{HOM}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,25$



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Реактивная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка) ($Q_{(1-50)}$), вар ³⁾	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,25$
Реактивная мощность основной частоты ($Q_{(1)}$), вар	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,25$
Реактивная мощность n-ой гармонической составляющей, ($Q_{(n)}$), вар ³⁾	(от 0,003 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 10 \%$	$K_{I(n)} \geq 5$ $K_{U(n)} \geq 5$
Реактивная мощность прямой последовательности, ($Q_{1(1)}$), вар	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Реактивная мощность обратной последовательности, ($Q_{2(1)}$), вар	(от 0,01 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Реактивная мощность нулевой последовательности, ($Q_{0(1)}$), вар	(от 0,01 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Полная мощность, S, В·А	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$
Полная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), ($S_{(1-50)}$), В·А ³⁾	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$
Полная мощность основной частоты, ($S_{(1)}$), В·А	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$
Полная мощность n-й гармонической составляющей, ($S_{(n)}$), В·А	(от 0,003 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 10 \%$	$K_{I(n)} \geq 5$ $K_{U(n)} \geq 5$



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Полная мощность прямой последовательности, ($S_{1(1)}$), В·А	(от 0,01 до 1,5) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Полная мощность обратной последовательности, ($S_{2(1)}$), В·А	(от 0,01 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Полная мощность нулевой последовательности, ($S_{0(1)}$), В·А	(от 0,01 до 0,1) $U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$	$\delta = \pm 5 \%$	
Коэффициент мощности, $K_m(\cos \phi)$, отн. ед.	(от минус 1 до 1)	$\Delta = \pm 0,01$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$, где $K_p = P/S$
Активная энергия, W_p , кВт·ч		$\delta = \pm 0,4 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$, где $K_p = P/S$
		$\delta = \pm 0,2 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,3 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,25$ (инд.) $K_p = 0,5$ (емк.)
Активная энергия первой гармоники, $W_{p(1)}$, кВт·ч		$\delta = \pm 0,4 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$, где $K_p = P/S$
		$\delta = \pm 0,2 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 1$
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,3 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,5$ (инд.) $K_p = 0,8$ (емк.)
		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $K_p = 0,25$ (инд.) $K_p = 0,5$ (емк.)
Активная энергия прямой последовательности, $W_{p1(1)}$, кВт·ч		$\delta = 5 \%$	



Параметр	Диапазон измерений	Пределы погрешности измерений ¹⁾	Дополнительные условия
Реактивная энергия, W_Q , кв \cdot ч		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,25$
Реактивная энергия первой гармоники, $W_{Q(1)}$, кв \cdot ч		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,02I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 1$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,05I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,0 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,5$
		$\delta = \pm 1,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,1 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$ $\sin \phi_{UI} = 0,25$
Реактивная энергия прямой последовательности, $W_{Q(1)}$, кв \cdot ч		$\delta = \pm 5 \%$	
Полная энергия, W_S , кВ \cdot А \cdot ч		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$
Полная энергия первой гармоники, $W_{S(1)}$, кВ \cdot А \cdot ч		$\delta = \pm 0,5 \%$	$0,8 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 1,5 I_{\text{ном}}$
Полная энергия прямой последовательности, $W_{S(1)}$, кВ \cdot А \cdot ч		$\delta = \pm 5 \%$	

¹⁾ Обозначение погрешностей: Δ - абсолютная; $\delta, \%$ - относительная; $\gamma, \%$ - приведенная

²⁾ Относительно U_n равного номинальному $U_{\text{ном}}$ или согласованному $U_{\text{согл}}$ значению напряжения по ГОСТ 32144-2013

³⁾ Номер гармонической подгруппы n от 2 до 50 в соответствии с ГОСТ 30804.4.7-2013

⁴⁾ Номер интергармонической подгруппы m от 1 до 49 в соответствии с ГОСТ 30804.4.7-2013

⁵⁾ Среднеквадратическое значение напряжения гармонических составляющих $U_{(n)}$

⁶⁾ Среднеквадратическое значение напряжения интергармонических составляющих $U_{(p)}$

⁷⁾ Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне измерения ($0 \dots 1,5$) $I_{\text{ном}}$

⁸⁾ Среднеквадратическое значение n -й гармонической составляющей тока $I_{(n)}$

⁹⁾ Среднеквадратическое значение h -й интергармонической составляющей тока $I_{(h)}$



Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при изменении параметров, за исключением значений энергии, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности на каждые 10 °C отклонения температуры окружающей среды от нормального значения.

Пределы дополнительной погрешности прибора ЩМК120С, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной (плюс 20±2 °C), не должны превышать соответствующих пределов, указанных в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 - Пределы дополнительной температурной погрешности счетчика активной энергии

Значение тока	Коэффициент мощности	Средний температурный коэффициент ¹ , %/K, не более
$0,05 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$	1,0	±0,01
$0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$	0,5 (при индуктивной нагрузке)	±0,02

¹ По ГОСТ 31819.22-2012

Таблица 6 - Пределы дополнительной температурной погрешности счетчика реактивной энергии

Значение тока	Коэффициент $\sin \phi$ (при индуктивной или емкостной нагрузке)	Средний температурный коэффициент ¹ , %/K, не более
$0,05 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$	1,0	±0,05
$0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$	0,5	±0,07

¹ По ГОСТ 31819.23-2012

Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении энергий соответствуют требованиям ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012 для активной и реактивной энергии соответственно.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений ПКЭ и электрических параметров при изменении относительной влажности воздуха от нормальной (30-80) % до 90 % при температуре 30 °C для соответствующего ПКЭ или электрического параметра не превышают величины предела допускаемой основной погрешности измерения соответствующего параметра (таблицы 3, 4).

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений ПКЭ и электрических параметров, обусловленной воздействием внешнего однородного постоянного или переменного (синусоидального изменяющегося во времени) магнитного поля напряженностью до 0,4 кА/м при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля, для соответствующего показателя КЭ или электрического параметра не превышают 0,5 предела допускаемой основной погрешности измерения соответствующего параметра (таблицы 3, 4).

Величины погрешностей измерений ПКЭ и электрических параметров при изменении параметров напряжения внешнего электропитания прибора в диапазоне нормальных условий применения не должны превышать пределов допускаемой основной погрешности для соответствующих параметров, приведенных в таблицах 4 или 3.

Значения напряжения питания приборов приведены в таблице 7. Прибор ЩМК120С может иметь резервный вход питания, аналогичный по характеристикам с основным входом питания (таблица 7). При необходимости приборы могут быть изготовлены с напряжением питания (12±0,6) В постоянного тока, (24±1,2) В постоянного тока.

Таблица 7

Условное обозначение напряжения питания		Напряжение питания
основного	220ВУ	от 90 до 264 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц
резервного*	«РЕЗЕРВ»	или от 130 до 370 В постоянного тока

* для приборов ЩМК120С с функцией коммерческого учета энергии



В таблице 8 указаны методы (расчетные формулы или ссылки на ГОСТ) в части рассчитываемых прибором параметров.

Таблица 8

Наименование параметра	Ссылка на ГОСТ или расчётная формула для рассчитываемого параметра
1 Среднеквадратическое значение напряжения (U), В	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
2 Отрицательное отклонение напряжения ($\delta U_{(-)}$), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 32144-2013
3 Положительное отклонение напряжения ($\delta U_{(+)}$), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 32144-2013
4 Частота (f), Гц	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
5 Кратковременная доза фликера (P_{st}), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ Р 51317.4.15-2012
6 Длительная доза фликера (P_k), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ Р 51317.4.15-2012
7 Коэффициент n -ой гармонической составляющей напряжения до 50 порядка ($K_{U(n)}$), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
8 Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения) (K_U), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
9 Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности (K_{2U}), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
10 Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности (K_{0U}), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
11 Коэффициент временного перенапряжения ($K_{пер}$), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
12 Глубина провала напряжения (δU_n), %	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
13 Длительность прерывания напряжения ($\Delta t_{прер}$), с	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
14 Длительность временного перенапряжения ($\Delta t_{пер}$), с	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
15 Коэффициент временного перенапряжения ($K_{пер}$), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А
16 Установившееся отклонение напряжения, (δU_y), %	ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 8.655-2009
17 Напряжение, меньшее номинала, ($U_{m(-)}$), В	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 32144-2013
18 Напряжение, большее номинала, ($U_{m(+)}$), В	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 32144-2013
19 Отклонение частоты (Δf), Гц	ГОСТ 32144-2013
20 С.к.з. напряжения основной частоты ($U_{(1)}$), В	ГОСТ 8.655-2009
21 С.к.з. напряжения с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка) ($U_{(1-50)}$), В	$U_{(1-50)} = \sqrt{\sum_{n=1}^{50} U_{sg,n}^2}$
22 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения с учетом влияния всех гармоник до 50 порядка ($K_{U(1-50)}$), %	$K_{U(1-50)} = \frac{1}{U_{sg,1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{50} U_{sg,n}^2} \cdot 100$
23 С.к.з. n -ой гармонической подгруппы напряжения (до 50 порядка) ($U_{sg,n}$), В	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
24 Суммарный коэффициент гармонических подгрупп напряжения ($THDS_U$), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
25 С.к.з. m -ой интергармонической центрированной подгруппы напряжения (до 50 порядка) ($U_{sg,m}$), В	ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А, ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
26 Фазовый угол между 1-ой (составляющей основной частоты) и n -ой гармонической составляющей напряжения (до 50 порядка) ($\phi_{Usg,n}$), °	ГОСТ 8.655-2009



Наименование параметра	Ссылка на ГОСТ или расчётная формула для рассчитываемого параметра
27 Угол фазового сдвига между напряжениями (фазными/линейными) основной частоты (ϕ_U), °	ГОСТ 8.655-2009
28 Значение напряжения прямой последовательности (U_1), В	$U_1 = \frac{1}{3} \left \dot{U}_A + e^{\frac{2\pi i}{3}} \dot{U}_B + e^{\frac{4\pi i}{3}} \dot{U}_C \right $
29 Значение напряжения обратной последовательности (U_2), В	$U_2 = \frac{1}{3} \left \dot{U}_A + e^{-\frac{4\pi i}{3}} \dot{U}_B + e^{-\frac{2\pi i}{3}} \dot{U}_C \right $
30 Значение напряжения нулевой последовательности (U_0), В	$U_0 = \frac{1}{3} \left \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C \right $
31 С.к.з. силы тока, (I), А	ГОСТ 8.655-2009
32 С.к.з. силы тока с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), ($I_{(1-50)}$), А	$I_{(1-50)} = \sqrt{\sum_{n=1}^{50} I_{sg,n}^2}$
33 С.к.з. силы тока основной частоты, ($I_{(1)}$), А	ГОСТ 8.655-2009
34 Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности, (K_{21}), %	$K_{21} = \frac{I_2 - 100}{I_1} \cdot 100$
35 Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности, (K_{01}), %	$K_{01} = \frac{I_0 - 100}{I_1} \cdot 100$
36 С.к.з. n -ой гармонической подгруппы тока (до 50 порядка) ($I_{sg,n}$), А	ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
37 С.к.з. m -ой интергармонической подгруппы тока (до 50 порядка) ($I_{sg,m}$), А	ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
38 Угол фазового сдвига между 1-ой и n -ой гармонической составляющей фазного тока ($\phi_{Isq,n}$), °	ГОСТ 8.655-2009
39 Угол фазового сдвига между фазными токами основной частоты (ϕ_i), °	ГОСТ 8.655-2009
40 Суммарный коэффициент гармонических подгрупп тока (THDS ₁), отн.ед.	ГОСТ 30804.4.7-2013 класс I
41 Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока, (K_i), %	ГОСТ 8.655-2009
42 Коэффициент n -ой гармонической составляющей тока до 50 порядка ($K_{i(n)}$), %	ГОСТ 8.655-2009
43 Значение силы тока прямой последовательности (I_1), А	$I_1 = \frac{1}{3} \left \dot{i}_A + e^{\frac{2\pi i}{3}} \dot{i}_B + e^{\frac{4\pi i}{3}} \dot{i}_C \right $
44 Значение силы тока обратной последовательности (I_2), А	$I_2 = \frac{1}{3} \left \dot{i}_A + e^{-\frac{4\pi i}{3}} \dot{i}_B + e^{-\frac{2\pi i}{3}} \dot{i}_C \right $
45 Значение силы тока нулевой последовательности (I_0), А	$I_0 = \frac{1}{3} \left \dot{i}_A + \dot{i}_B + \dot{i}_C \right $
46 Угол фазового сдвига между n -ми гармоническими составляющими напряжения и тока (до 50 порядка) ($\phi_{Ul(n)}$), °	ГОСТ 8.655-2009
47 Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты (ϕ_{Ul}), °	ГОСТ 8.655-2009



Наименование параметра	Ссылка на ГОСТ или расчётная формула для рассчитываемого параметра
48 Угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности ($\varphi_{U_{11}}$), °	ГОСТ 8.655-2009
49 Угол фазового сдвига между напряжением и током обратной последовательности ($\varphi_{U_{212}}$), °	ГОСТ 8.655-2009
50 Угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности ($\varphi_{U_{010}}$), °	ГОСТ 8.655-2009
51 Активная мощность (P), Вт	ГОСТ 8.655-2009
52 Активная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), ($P_{(1-50)}$), Вт	$P_{(1-50)} = \sum_{n=1}^{50} U_{sg,n} \cdot I_{sg,n} \cdot \cos \varphi_{U_{I(n)}}$
53 Активная мощность основной частоты, (P_1), Вт	$P_1 = U_{sg,1} \cdot I_{sg,1} \cdot \cos \varphi_{U_I}$
54 Активная мощность n-й гармонической составляющей (до 50 порядка) ($P_{(n)}$), Вт	$P_{(n)} = U_{sg,n} \cdot I_{sg,n} \cdot \cos \varphi_{U_{I(n)}}$
55 Активная мощность прямой последовательности, ($P_{1(1)}$), Вт	$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_{U_{11}}$
56 Активная мощность обратной последовательности, ($P_{2(1)}$), Вт	$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_{U_{212}}$
57 Активная мощность нулевой последовательности, ($P_{0(1)}$), Вт	$P_0 = U_0 \cdot I_0 \cdot \cos \varphi_{U_{010}}$
58 Реактивная мощность (Q), вар	ГОСТ 8.655-2009
59 Реактивная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка) ($Q_{(1-50)}$), вар	$Q_{(1-50)} = \sum_{n=1}^{50} U_{sg,n} \cdot I_{sg,n} \cdot \sin \varphi_{U_{I(n)}}$
60 Реактивная мощность основной частоты ($Q_{(1)}$), вар	$Q_{(1)} = U_{sg,1} \cdot I_{sg,1} \cdot \sin \varphi_{U_I}$
61 Реактивная мощность n-й гармонической составляющей, ($Q_{(n)}$), вар	
62 Реактивная мощность прямой последовательности, ($Q_{1(1)}$), вар	$Q_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_{U_{11}}$
63 Реактивная мощность обратной последовательности, ($Q_{2(1)}$), вар	$Q_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_{U_{212}}$
64 Реактивная мощность нулевой последовательности, ($Q_{0(1)}$), вар	$Q_0 = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \varphi_{U_{010}}$
65 Полная мощность, (S), В·А	ГОСТ 8.655-2009
66 Полная мощность с учетом гармонических составляющих от 1 до n (до 50 порядка), ($S_{(1-50)}$), В·А	$S_{(1-50)} = U_{(1-50)} \cdot I_{(1-50)}$
67 Полная мощность основной частоты, ($S_{(1)}$), В·А	$S_{(1)} = U_{sg,1} \cdot I_{sg,1}$
68 Полная мощность n-й гармонической составляющей, ($S_{(n)}$), В·А	$S_{(n)} = U_{sg,n} \cdot I_{sg,n}$
69 Полная мощность прямой последовательности, ($S_{1(1)}$), В·А	$S_1 = U_1 \cdot I_1$
70 Полная мощность обратной последовательности, ($S_{2(1)}$), В·А	$S_2 = U_2 \cdot I_2$
71 Полная мощность нулевой последовательности, ($S_{0(1)}$), В·А	$S_0 = U_0 \cdot I_0$
72 Коэффициент мощности, $K_M(\cos\varphi)$, отн. ед.	$K_M = \frac{P}{S}$
73 Активная энергия, (W_p), кВт·ч	ГОСТ 31819.22-2012 класс 0,2S
74 Активная энергия первой гармоники, ($W_{P(1)}$), кВт·ч	$W_{P(1)} = \sum P_{(1)} \cdot \Delta t$



Наименование параметра	Ссылка на ГОСТ или расчётная формула для рассчитываемого параметра
75 Активная энергия прямой последовательности, ($W_{P(1)}$), кВт·ч	$W_{P(1)} = \sum P_{(1)} \cdot \Delta t$
76 Реактивная энергия, (W_Q), квр·ч	ГОСТ 31819.23-2012 класс 1
77 Реактивная энергия первой гармоники, ($W_{Q(1)}$), квр·ч	$W_{Q(1)} = \sum Q_{(1)} \cdot \Delta t$
78 Реактивная энергия прямой последовательности, ($W_{Q(1)}$), квр·ч	$W_{Q(1)} = \sum Q_{(1)} \cdot \Delta t$
79 Полная энергия, (W_S), кВ·А·ч	$W_S = \sum S \cdot \Delta t$
80 Полная энергия первой гармоники, ($W_{S(1)}$), кВ·А·ч	$W_{S(1)} = \sum S_{(1)} \cdot \Delta t$
81 Полная энергия прямой последовательности, ($W_{S(1)}$), кВ·А·ч	$W_{S(1)} = \sum S_{(1)} \cdot \Delta t$

Приборы ЩМК120С обеспечивают выполнение функции многотарифного учета активной электрической энергии в двух направлениях в соответствии с классом точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012 и реактивной электроэнергии в соответствии с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012 с последующей передачей данных учета активной/реактивной энергии во внешние автоматизированные системы учета электроэнергии (АСКУЭ/АИС КУЭ/АСТУЭ) через цифровые интерфейсы прибора Ethernet и RS485. При этом обеспечивается двунаправленный учет активной и реактивной энергии, и многотарифный учет активной/реактивной энергии (до восьми тарифов). Перечень измеряемых величин приведен в таблице 9.

Таблица 9

Параметр	Погрешность измерений
Активная энергия принятая (A_+) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012
Активная энергия отданная (A_-) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012
Активная энергия суммарная ($(A_+)+(A_-)$) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012
Реактивная энергия по r-ому квадранту (Q_r) ($r = 1, 2, 3$ или 4) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012
Реактивная энергия принятая ($R_+ = Q_1+Q_2$) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012
Реактивная энергия отданная ($R_- = Q_3+Q_4$) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012
Реактивная энергия суммарная ($(R_+)+(R_-)$) по n-ому тарифу ($n = 1, 2, \dots, 8, 0$ - суммарно по тарифам)	В соотв. с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012

Приборы ЩМК120С также обеспечивают ведение профилей мощности (в т.ч. значений максимальной и усредненной активной/реактивной мощности) по временным интервалам с сохранением профилей во внутренней памяти прибора.

Потребляемая мощность различается для разных исполнений приборов, но не превышает 10 В·А от цепи питания переменного тока и 10 Вт от цепи питания постоянного тока.

Прибор сохраняет ведение времени при отсутствии внешнего электропитания в течение времени не менее 30 суток. Прибор обеспечивает корректное маркирование метками времени выполненных измерений при пропадании внешнего электропитания и корректность маркирования метками времени измерений при восстановлении электропитания.



При отключении электропитания прибор сохраняет настройки конфигурации и накопленные данные в энергонезависимой памяти, функционирование которой не зависит от длительности отсутствия электропитания.

При восстановлении электропитания прибор автоматически восстанавливает работоспособность, включая функционирование интерфейсов передачи данных.

Отклонение времени внутренних часов прибора от астрономического при наличии внешнего источника синхронизации не превышает ± 20 мс.

При отсутствии внешней синхронизации отклонение времени внутренних часов прибора не превышает 1 с за 24 часа.

Синхронизация внутренних часов осуществляется через коммуникационные интерфейсы по одному из следующих протоколов:

- а) Протокол NTP (RFC 5905);
- б) Протокол PTP (IEEE 1588).

Для прибора ЩМК120С обеспечивается также возможность синхронизации встроенных часов реального времени прибора, функционирующего в режиме контролируемой станции (КП) телемеханики (в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60870) со временем контролирующей станции (ПУ) телемеханики:

- по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (через интерфейс Ethernet);
- по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (через интерфейс RS485).

Приборы осуществляют измерение текущего времени в рамках национальной шкалы координированного времени РФ UTC (SU). Средства конфигурирования позволяют установить локальный часовой пояс, соответствующий географическому месту установки прибора. Внутренние часы прибора обеспечивают отсчет текущего времени (до тысячных долей секунд включительно) и даты (день, месяц, год). При наличии внешней синхронизации осуществляется корректировка внутренних часов приборов.

Настройки прибора, архивы измерений показателей качества электроэнергии, архивы функции учета электроэнергии, журналы событий хранятся в энергонезависимой памяти прибора, защищенной от несанкционированного изменения и обеспечивающей длительное хранение данных при отсутствии электропитания. Объем памяти и алгоритмы хранения обеспечивают глубину хранения полученных данных не менее 90 суток для ПКЭ, включая результаты измерений и вычислений на интервалах времени, определенных ГОСТ 32144-2013, статистических характеристик по ГОСТ 32144-2013 и не менее 100 суток для данных учета электроэнергии.

Номенклатура входных аналоговых интерфейсов в части каналов напряжения:

1) Входы измерения напряжения, объединенные в одну группу и рассчитанные на номинальное среднеквадратичное значение фазных/межфазных напряжений:

Напряжение фазное, В	Напряжение линейное (межфазное), В
$100/\sqrt{3}$ (57,7*)	100
100	$100*\sqrt{3}$
$220/\sqrt{3}$ (127*)	220
$230/\sqrt{3}$ (133*)	230
$380/\sqrt{3}$ (220*)	380
$400/\sqrt{3}$ (230*)	400

* - условное обозначение номинального фазного напряжения.

2) входы измерения напряжения, рассчитанные на подключение к электронным трансформаторам напряжения (ГОСТ Р МЭК 60044-7):

а) для однофазных или подключенных между фазами трехфазных систем, а также для трехфазных трансформаторов в трехфазных системах с номиналами выходных каналов: 1,625 В; 2 В; 3,25 В; 4 В; 6,5 В;

б) для однофазных трансформаторов, используемых в системах «фаза-земля» или соответствующих трехфазных системах с номиналами выходных каналов: $1,625/\sqrt{3}$ В; $2/\sqrt{3}$ В; $3,25/\sqrt{3}$ В; $4/\sqrt{3}$ В; $6,5/\sqrt{3}$ В;



в) входы измерения напряжения, рассчитанные на подключение к датчикам напряжения с низко-энергетическим выходом - 0,333 В.

Номенклатура входных аналоговых интерфейсов в части каналов тока:

а) входы измерения тока, состоящие из трех каналов и рассчитанные на номинальное среднеквадратичное значение тока 1 А и 5 А;

б) входы измерения тока, рассчитанные на подключение к электронным трансформаторам тока (ГОСТ Р МЭК 60044-8) с номиналами выходных каналов: 22,5 мВ; 150 мВ; 200 мВ; 225 мВ; 4 В;

в) входы измерения тока, рассчитанные на подключение к датчикам тока с низкоэнергетическим выходом - 0,333 В.

Каналы входных аналоговых интерфейсов гальванически изолированы между собой и изолированы от частей прибора, доступных для пользователя. Конструкция входных аналоговых интерфейсов обеспечивает надежное механическое крепление и электрических kontakt подключаемых проводов.

Потребляемая мощность по каждому измерительному каналу тока (с номинальными значениями 1 А и 5 А) и каждому измерительному каналу напряжения (с номинальными значениями от 57,7 В до 230 В) не превышает 1 В·А.

Потребляемая мощность по каждому низкоэнергетическому измерительному каналу тока и напряжения не превышает 0,1 В·А.

В зависимости от модификации прибор оснащается следующими типами коммуникационных интерфейсов:

1) Ethernet интерфейс 100BASE-TX (IEEE 802.3, «медный») с разъемом типа RJ-45. Скорость передачи данных по данному типу интерфейса до 100 Мбит/с;

2) Ethernet (IEEE 802.3) интерфейс 100BASE-FX (IEEE 802.3, «оптический») с разъемом типа ST. Скорость передачи данных по данному типу интерфейса до 100 Мбит/с;

3) Интерфейс полевой шины RS(EIA)-422/485. Скорость передачи данных по данному типу интерфейса до 115 200 бод.

4) оптический локальный интерфейс типа «оптопорт»;

5) испытательный импульсный выходной интерфейс.

Примечание - оптический и импульсный интерфейсы применяются только для прибора ЩМК120С.

Количество коммуникационных интерфейсов ограничено 2 (двумя) интерфейсами (4 (четыремя) интерфейсами для ЩМК120С) в одном приборе.

Коммуникационные интерфейсы гальванически изолированы друг от друга, от других интерфейсов и от частей прибора, доступных для пользователя.

Коммуникационные интерфейсы предназначены для подключения к информационным системам для передачи результатов измерений, диагностических данных, данных самоописания, а также выполняют функции служебного интерфейса для выполнения операций конфигурирования, настройки прибора и режимов его функционирования, программирования средств обеспечения сетевой безопасности. Отдельные функции могут быть заблокированы для использования через указанные пользователем типы коммуникационных интерфейсов.

Передача данных через коммуникационные интерфейсы не оказывает влияния на выполнение остальных функций прибора, включая измерительные функции.

Результаты измерений и служебная информация доступна через коммуникационные интерфейсы по следующим протоколам:

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101;
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
- IEC 61850-8-1;
- HTTP;
- Специализированный протокол передачи данных.



Открытые международные протоколы связи ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, IEC 61850-8-1 используются прибором для передачи текущих результатов измерений, включая параметры электросети, показатели качества электроэнергии (ПКЭ), данные самодиагностики и самоописания приборов. Профили протоколов приведены в эксплуатационной документации на приборы.

Протокол HTTP используется прибором для реализации встроенного в прибор WEB сервера, обеспечивающего удобный доступ к данным измерений, средствам конфигурирования и прочим данным о приборе. Доступ к WEB серверу обеспечивается через коммуникационные интерфейсы типа Ethernet при использовании стандартных средств просмотра HTTP ресурсов (браузеры). Описание WEB интерфейса приведено в эксплуатационной документации на приборы.

Специализированный протокол передачи данных предназначен для:

- передачи текущих результатов измерений;
- передачи накопленных данных измерений, включая данные счетчика электроэнергии;
- передачи журналов событий;
- передачи статистической информации;
- передачи данных о приборе;
- обеспечение средств конфигурирования и настройки, включая средства обеспечения сетевой безопасности.

Доступ к приборам через специализированный протокол передачи данных осуществляется с использованием дополнительного программного обеспечения поставляемого изготовителем прибора. Описание специализированного протокола передачи данных приведено в эксплуатационной документации на прибор.

Срок сохранности в упаковке и выполненной изготовителем консервации - не менее 1 года.

Приборы являются восстанавливаемыми изделиями. Ремонт осуществляется изготовителем, либо уполномоченным им сервисным центром. Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены из ЗИП, включая конфигурирование, не превышает 2 часов.

Прибор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.091, включая безопасность обслуживающего персонала в части защиты его от поражения электрическим током, опасной температуры, воспламенения.

Приборы имеют II класс защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0. Корпус прибора имеет двойную изоляцию.

Габаритные размеры, мм, не более: ЩМК96 96×96×103;
ЩМК120 120×120×103;
ЩМК120C 120×120×103

Масса приборов, кг, не более 0,7;
Средняя наработка на отказ, ч, 250000;
Средний срок службы, не менее 30 лет.

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель прибора, титульные листы Методики поверки и паспорт прибора типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- прибор (в соответствии с заказом)
- комплект монтажных частей (по требованию заказчика)
- копия описания типа СИ
- паспорт
- методика поверки на партию приборов до 10 шт.
- руководство по эксплуатации на партию приборов до 10 шт.



Проверка

осуществляется по документу ОПЧ.140.331 МП «Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120. Методика поверки» с изменением № 1, утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 06.06.2016 г.

Основные средства поверки: калибратор переменного тока «Ресурс-К2М» (Госреестр № 31319-12), установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ 3.1КМ» (Госреестр № 57346-14).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам щитовым цифровым электроизмерительным многофункциональным параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s.

ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ Р 53333-2008 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования.

ГОСТ 8.655-2009 ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования

ГОСТ Р 8.689-2009 ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний.

ТУ 25-7504.227-2014 Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Электроприбор» (ОАО «Электроприбор»)
ИНН 2128002051

Адрес: 428000, Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3

Тел./факс: (8352) 39-99-12 / (8352) 55-50-02

Web-сайт: <http://www.elpribor.ru>



Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-Mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.



2016 г.



ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
дз/дверь до кабинетов(А)

